

政府采购进口产品论证专家基本情况登记表

姓名	出生年月	工作单位	现从事专业	职称(执业资格)	从业时间	联系电话
李重	1969.07	河南业以 业师事务所	律师	律师	20年	13007618241
杨纪周	1964.07	郑州人民医院	医师	医师	35年	13938252603
梁豫方	1966.10	省医院 研究所	医师	高工	35年	13503719821
王世坤	1973.2	华中科医院	医师	副主任医师	23年	13607666180
刘纪强	1964.05	中医学附院	医师	副主任医师	36年	15938703956

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中医院
拟采购产品名称	彩色超声诊断仪
拟采购产品金额	300 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	548 万元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述： 郑州市中医院计划购买彩超仪器一台，主要用于妇产科辅助生殖，胎儿产前筛查等工作需要。多次市场考察论证，经科务会讨论一致申请购买原装进口品牌，理由如下： 辅助生殖需要导航和穿刺技术，需要高分辨率仪器才能满足需求。胎儿筛查技术难度高，产前检查指南规范要求筛查要有高分辨率二维及四维技术，减少胎儿出生缺陷，产前筛查对技术人员的资质、技术水平和仪器档次要求都是最高的。原装进口品牌具有高的分辨率和先进的导航技术。原装进口仪器性能稳定，穿透力强，探头耐用，返修率低，工作效率高。 故我院申请购置进口设备。	
三、专家论证意见	
所购产品不属于国家有关部门规定的限制类和禁止类进口产品的范围，同意采购进口产品。	
专家签字：李卫	
2021年9月27日	

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中医院
拟采购产品名称	彩色超声诊断仪
拟采购产品金额	300 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	548 万元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p>原因阐述：</p> <p>郑州市中医院计划购买彩超仪器一台，主要用于妇产科辅助生殖，胎儿产前筛查等工作需要。多次市场考察论证，经科务会讨论一致申请购买原装进口品牌，理由如下：</p> <p>辅助生殖需要导航和穿刺技术，需要高分辨率仪器才能满足需求。胎儿筛查技术难度高，产前检查指南规范要求筛查要有高分辨率二维及四维技术，减少胎儿出生缺陷，产前筛查对技术人员的资质、技术水平和仪器档次要求都是最高的。原装进口品牌具有高的分辨率和先进的导航技术。原装进口仪器性能稳定，穿透力强，探头耐用，返修率低，工作效率高。</p> <p>故我院申请购置进口设备。</p>	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">辅助生殖需导航和穿刺技术，需要高分辨率仪器才能满足需求。胎儿筛查技术难度高，产前检查要求有高分辨率二维及四维技术，减少胎儿出生缺陷。国内产品这方面性能不稳定，不能完全满足临床需求。同意采购进口产品。</p> <p style="text-align: right;">专家签字： 郭纪周</p>	
<p style="font-size: 1.2em;">2021 年 9 月 27 日</p>	

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中医院
拟采购产品名称	彩色超声诊断仪
拟采购产品金额	300 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	548 万元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p>原因阐述：</p> <p>郑州市中医院计划购买彩超仪器一台，主要用于妇产科辅助生殖，胎儿产前筛查等工作需要。多次市场考察论证，经科务会讨论一致申请购买原装进口品牌，理由如下：</p> <p>辅助生殖需要导航和穿刺技术，需要高分辨率仪器才能满足需求。胎儿筛查技术难度高，产前检查指南规范要求筛查要有高分辨率二维及四维技术，减少胎儿出生缺陷，产前筛查对技术人员的资质、技术水平和仪器档次要求都是最高的。原装进口品牌具有高的分辨率和先进的导航技术。原装进口仪器性能稳定，穿透力强，探头耐用，返修率低，工作效率高。</p> <p>故我院申请购置进口设备。</p>	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em;">目前，国产产品缺乏双向DPI编码显示血流方向及密度信息，立体成像达不到超声造影和三维超声检查及卵子卵泡生长监测及胎儿宫颈液性区域等体检筛查需求，不能满足医院辅助生殖的特殊要求，同意采购进口产品。</p> <p style="text-align: right;">专家签字：李俊</p>	
2017年10月2日	

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中医院
拟采购产品名称	彩色超声诊断仪
拟采购产品金额	300 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	548 万元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述： 郑州市中医院计划购买彩超仪器一台，主要用于妇产科辅助生殖，胎儿产前筛查等工作需要。多次市场考察论证，经科务会讨论一致申请购买原装进口品牌，理由如下： 辅助生殖需要导航和穿刺技术，需要高分辨率仪器才能满足需求。胎儿筛查技术难度高，产前检查指南规范要求筛查要有高分辨率二维及四维技术，减少胎儿出生缺陷，产前筛查对技术人员的资质、技术水平和仪器档次要求都是最高的。原装进口品牌具有高的分辨率和先进的导航技术。原装进口仪器性能稳定，穿透力强，探头耐用，返修率低，工作效率高。 故我院申请购置进口设备。	
三、专家论证意见	
同意。国产的产品缺少产前筛查所需的胎儿颅内透明层自动测量技术、对胎儿的3D/4D任意切层3D重建的功能。在超声诊断不能满足产科对辅助生殖所需的技术要求，同意采购进口产品。	
专家签字： 池坤	
2024年9月27日	

政府采购进口产品专家评审意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中医院
拟采购产品名称	彩色超声诊断仪
拟采购产品金额	300 万元
采购项目所属项目名称	郑州市中医院医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	548 万元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p>原因阐述：</p> <p>郑州市中医院计划购买彩超仪器一台，主要用于妇产科辅助生殖，胎儿产前筛查等工作需要。多次市场考察论证，经科务会讨论一致申请购买原装进口品牌，理由如下：</p> <p>辅助生殖需要导航和穿刺技术，需要高分辨率仪器才能满足需求。胎儿筛查技术难度高，产前检查指南规范要求筛查要有高分辨率二维及四维技术，减少胎儿出生缺陷，产前筛查对技术人员的资质、技术水平和仪器档次要求都是最高的。原装进口品牌具有高的分辨率和先进的导航技术。原装进口仪器性能稳定，穿透力强，探头耐用，返修率低，工作效率高。</p> <p>故我院申请购置进口设备。</p>	
三、专家论证意见	
<p>目前，国内^{品牌}胎儿筛查^{二维及四维}技术方面性能不如进口^{品牌}稳定不能完全满足采购人^{对辅助生殖所需}的技术性能要求。故同意^{采购}进口^{品牌}。</p> <p style="text-align: right;">专家签字：刘^峰 任^强</p>	
2021年9月27日	